

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邵森峰	
	职称: 中级	
	工作单位: 高邮市卫/健康局	
项目信息	项目名称: 高邮市人民医院 32 排螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	1. CT球管是CT核心部件,必须是生产厂商长期合作的供应商,其相对稳定性.维护.售后等更成熟,售后更及时,软件支持更贴合.专业性更强. 2. 东软公司和Dunlee公司签署了战略合作协议. SM球管符合本次采购的参数. 3. 本项目符合《政府采购法》单一来源的方式采购. 可以从唯一供应商处采购.	
专业人员签字	邵森峰	日期 2025年6月25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 史书华	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 高邮市中西医结合医院	
项目信息	项目名称: 高邮市人民医院 32 排螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	CT球管为CT机之关键部件, 必须与主机类型一致之球管, 方可作为主机产品使用, 球管更换后, 必须有原主机软件相匹配, 才能保证主机之使用。 经厂家测试认可的球管可兼容该设备软件, 图像稳定。 Dunlee 公司 5M 球管匹配高邮市人民医院 32 排 CT 机使用。 该球管符合项目符合《放射装备的采购与使用规范》要求, 且原式采购之 32 排 CT 机之球管从唯一供应商处采购。	
专业人员签字	史书华	日期 2015 年 6 月 5 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许建	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 高邮市人民医院	
项目信息	项目名称: 高邮市人民医院 32 排螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	① Dunlee 球管为东软公司长期合作商 保证球管的适配性。 ② 5M 球管适合当前设备 ③ 东软医疗系统股份有限公司, 能够 确保球管与本机匹配。 ④ 符合《政府采购法》第 31 条规定, “只能从唯一供应商处采购”。	
专业人员签字	许建	日期 2025 年 6 月 25 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。